

CERTIFICAT D'ACCREDITATION

SAYBOLT MED, MADAGASCAR

Etabli par le RCS N° 2011 B 00533 du 27/07/2011

Numéro d'Accréditation de l'Organisme: TEST-5 0095

Est un Laboratoire d'Analyses accrédité par SADCAS
Ayant rempli toutes les conditions requises par SADCAS

Ce certificat est valide selon la portée définie dans l'Annexe Technique
Annexe "A", en relation avec le numéro d'accréditation **ci-dessus** pour

ANALYSES CHIMIQUES

L'organisme est accrédité conformément à la Norme Internationale reconnue

ISO/CEI 17025:2017

*L'accréditation démontre la compétence technique pour une portée bien définie et le fonctionnement
d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire*

*SADCAS est un organisme subsidiaire de la SADC. Un protocole d'entente entre la SADC et SADCAS sert
de base de la reconnaissance de SADCAS par les pays membres de la SADC en tant qu'organisme
d'accréditation multi-économique*

Eve C Gadzikwa
Directeur Général de SADCAS

Date d'Accréditation (Edition No:2): 10 Octobre 2024
Date en Vigueur (EditionNo:2): 25 Septembre 2025
Expiration du Certificat: 09 Octobre 2029

ANNEXE A

ANNEXE TECHNIQUE

ANALYSES CHIMIQUES

Numéro d'Accréditation du Laboratoire: TEST-5 0095 (ISO/CEI 17025:2017)

Adresse Permanente du Laboratoire SAYBOLT MED – Site Ivato Enceinte Dépôt Aviation Total Energies Ivato 105- Antananarivo Madagascar Adresse Postale BP 797 – Antananarivo Madagascar Tel : +261 20 78 443 94 Cell : +261 34 05 072 11 Email : direction.saybolt@moov.mg		Signataires Techniques : Mons R Liva (Toutes méthodes) Mme H Vola (Toutes méthodes) Représentant Désigné : Mme R Tantely Représentant Désigné Adjoint : Mons Ezzedine H'MIDA Edition No : 02 Date d'Edition : 25 Septembre 2025 Dated'Expiration : 09 Octobre 2029
SUBSTANCES/PRODUITS ANALYSES	TYPES D'ANALYSES/PROPRIETES MESUREES, RANG DE MESURES	NORMES, SPECIFICATIONS, EQUIPMENT/TECHNIQUES UTILISEES
Avgas 100LL, Jet A1, Gas Oil, Supercarburant, Pétrole Lampant	Masse Volumique à 15°C Distillation Teneur en soufre	ASTM D1298-12b (2017) E1 ASTM D86 – 23aE1 ASTM D4294 - 21
Pétrole Lampant, Jet A1	Point d'éclair Abel	IP 170/ 14
Gas Oil, Jet A1	Point d'éclair PMCC	ASTM D93 - 20
Avgas 100LL, Supercarburant	Pression de Vapeur	ASTM D5191 - 22
Jet A1	Point de Décongélation Oxydation Thermique JFTOT	ASTM D2386 - 19 ASTM D3241 – 24
Jet A1, Avgas 100LL, Supercarburant	Gommes Actuelles	ASTM D381 - 22

ANNEXE A

ANNEXE TECHNIQUE

ANALYSES CHIMIQUES

Numéro d'Accréditation du Laboratoire: TEST-5 0095 (ISO/CEI 17025:2017)

Adresse Permanente du Laboratoire SAYBOLT MED - Site Alarobia Enceinte Dépôt LPSA Alarobia 101- Antananarivo Madagascar		Signataires Techniques : Mons R Liva (Toutes méthodes) Mme H Vola (Toutes méthodes)
Adresse Postale BP 797 – Antananarivo Madagascar		Représentant Désigné : Mme R Tantely Représentant Désigné Adjoint : Mons Ezzedine H'MIDA
Tel : +261 20 78 443 94 Cell : +261 34 05 072 11 Email : direction.saybolt@moov.mg		Edition No : 02 Date d'Edition : 25 Septembre 2025 Date d'Expiration : 09 Octobre 2029
SUBSTANCES/PRODUITS ANALYSES	TYPES D'ANALYSES/PROPRIETES MESUREES, RANG DE MESURES	NORMES, SPECIFICATIONS, EQUIPMENT/TECHNIQUES UTILISEES
Jet A1 ; Gas Oil; Supercarburant; Pétrole Lampant	Masse Volumique à 15°C Distillation Teneur en soufre	ASTM D4052 - 22 ASTM D86 – 23aE1 ASTM D4294 - 21
Pétrole Lampant ; Jet A1	Point d'éclair Abel	IP 170/ 14
Gas Oil ; Jet A1	Point d'éclair PMCC	ASTM D93 - 20
Jet A1	Teneur en EMAG	ASTM D7797 - 23
Jet A1	Point de Décongélation	ASTM D2386 - 19
Jet A1 ; Supercarburant	Gommes Actuelles	IP 540/ 08

Date d'origine de l'accréditation: 10 Octobre 2024

Page 1 of 1

Pinkie J Malebe
Directeur Technique de SADCAS